

B. EN PRATIQUE

L'EXAMEN DES URINES

<p>Objectifs :</p> <p>* Permettre par utilisation d'une bandelette réactive, d'un réfractomètre, d'une centrifugeuse et d'un microscope</p>	<p>* l'examen biochimique des urines</p> <p>* la densité urinaire</p> <p>* la composition du sédiment urinaire</p>
<p>Indication :</p> <p>* Examen fréquent pour de nombreuses affections générales, rénales ou uro génitales</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Indispensable</p> <p><input type="checkbox"/> Utile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> En urgence au chevet de l'animal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dans un délai rapide pour poser un diagnostic</p>
<p>Avantages :</p> <p>* Examen biochimique et densité urinaire</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Facile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rapide</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Disponible</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Faible coût</p>
<p>Inconvénients /Contraintes :</p> <p>* Examen du sédiment urinaire</p>	<p><input type="checkbox"/> Difficile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Long (réalisé par le vétérinaire)</p> <p><input type="checkbox"/> Contraignante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Coût moyen (en temps passé...)</p>
<p>Apport au diagnostic : Indispensable</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Examen d'orientation</p> <p><input type="checkbox"/> Examen de confirmation</p> <p>* Sensibilité : 1 2 3 4 5 (de - à +)</p> <p>* Spécificité : 1 2 3 4 5 (de - à +)</p>
<p>Contrôle qualité : Oui</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Technique manuelle (qualité de la réalisation technique)</p> <p><input type="checkbox"/> Technique automatisée (contrôle de qualité du matériel et des résultats)</p>
<p>Niveau de technicité requis : Bas à moyen</p>	<p>* Niveau : 1 2 3 4 5 (de - à +)</p>
<p>Coûts des examens : Bas à modéré selon l'examen</p>	<p>Matériel : <input checked="" type="checkbox"/> Bas <input checked="" type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé</p> <p>Temps passé : <input type="checkbox"/> Bas <input checked="" type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé</p> <p>Prix des réactifs : <input checked="" type="checkbox"/> Bas <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé</p>
<p>Elimination des déchets avec les DASRI :</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Oui - tubes, échantillons, réactifs, lames, mat. de pipetage et matériel de prélèvement</p> <p><input type="checkbox"/> Non</p>
<p>Hygiène et sécurité :</p> <p>* Pour les urines infectées par des bactéries pathogènes</p>	<p>* Risque : 1 2 3 4 5 (de - à +)</p>